



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛО-КЛАССИКА" (ООО "СОЛО-КЛАССИКА")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ГШО/06-07-2026/538789156

Действительно до 05.07.2027

Средство измерений

Весы крановые; ВЭК; Весы электронные крановые ВЭК/3-5000; Рег. № 64946-16.

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

24062

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

ГОСТ OIML R 76-1-2011

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением
эталонов:

57501-14 Гири 20 кг класса точности M1 Нет данных 812-841 2015 Эталон 4-го

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

разряда ГПС для средств измерений массы, утвержденной приказом Росстандарта от 29 декабря 2018 г. N 2818;

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

68887-17 Гири классов точности E2, F1, F2, M1 ГО-П АУ9 2022 Эталон 4-го разряда Приказ Росстандарта от 04.07.2022 № 1622 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений массы»; 2661-70 Гири образцовые 4-го разряда 500, 1000, 2000 кг ГО-4-500, ГО-4-500Ц, ГО-4-1000, ГО-4-2000 ГО 01-ГО 20 1978 Эталон 4-го разряда Приказ Росстандарта № 1622 от 04.07.2022; 30000-05 Гири 2000 M1 E21-E30 2005 Эталон 4-го разряда Приказ Росстандарта № 1622 от 04.07.2022; 30000-05 Гири 2000 M1 E11-E20 2005 Эталон 4-го разряда Приказ Росстандарта № 1622 от 04.07.2022; 51921-12 Наборы гирь класса точности M1: набор (10 мг-500 г) M1; набор (10 мг-100 г) M1; набор (10 мг-50 г) M1 0208 2025 Эталон 4-го разряда ГПС для средств измерений массы; 68887-17 Гири классов точности E2, F1, F2, M1 ГО-П ДП8 2025 Эталон 4-го разряда Приказ Росстандарта № 1622 от 04.07.2022 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений массы»

при следующих
значениях влияющих
факторов:

температура: +25 °C; атм. давление: 99,59 кПа; отн. влажность: 50 %

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-538789156>

Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ:

538789156

Поверитель

Мартынов Иван Владиславович

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Мартынов И Р

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись

фамилия, инициалы

Дата поверки

06.07.2026